

六、维护

为保证测量的精度，需要监测仪器的工作状态及对设备进行例行维护

- 1、设备具有自检功能，若镜头污染，在允许范围内，仪器具备自动补偿功能，超过警戒值，仪器将停止工作，并发出镜头清洁指令；
- 2、若长时间无数据接受，请观察机器是否死机或通信故障，可以尝试将机器重新启动，若故障依旧请联系厂家；
- 3、镜头被污染后，需取下防护罩，用纸巾蘸干净水反复擦拭，直到污物去除然后用镜头布擦拭，清洗完成后重新安装防护罩；

七、CS-VICO10 隧道能见度检测仪技术参数

型号	CS-VICO10
测试范围	VI: 35*10 ⁻³ 1/m ; CO: 0 - 500ppm
测量距离	3 米、反射 6 米
测试精度	VI: ±0.00001 1/m ; CO: ±1 ppm
环境温度	-40 - 65 摄氏度
环境湿度	0 - 100%RH (无冷凝)
测试时间	1 - 120 秒可调
通信接口	两路 4-20mA 分别对应 VI 和 CO 值，最大阻抗 500 欧姆 一路数字量 RS485 输出
供电电压	220V±15%VAC 50HZ
功耗	最大 10W、额定 5W
防护等级	IP65
安装方式	壁挂安装
整机重量	18KG (包括仪器、支架、电器接线盒等)